

Ⅱ. アンケート結果を踏まえた事務局案（医療衛生用具等）

1. 医療衛生用具

注：No.が黄色い医療衛生用具等は、WGにおいて特に議論をお願いしたいものです。

(1) 追加

提案された医療衛生用具等				事務局案
No	分類	品名	表	
1	診断用具	パルスオキシメーター	甲	・ COVID-19診療ガイドライン第10.0版(2023/8)で、重症度評価のため、パルスオキシメーターによるSpO2測定が望ましいとされている →追加
2			乙	
3			丙	
4		咽頭検査用綿棒	甲	・ 体外診断用医薬品にインフルエンザ・ COVID-19の抗原検査キットが追加されることに伴い（医薬品No118-121）、検討が必要 →追加
5			乙	
6			丙	
7	外科用具	ホチキス&リムーバー	甲	・ アンケートによると「縫合が容易に行える」との意見 →「単回使用手術用ステープラ」と「単回使用ステープルリムーバ」を追加
8			乙	
9			丙	
10		縫合用ステープラ（使い捨てタイプ）	甲	アンケートによると「皮膚の縫合に必要」 →「縫合テープ（皮膚接合用テープ）」を追加
11			乙	
12			丙	
13	歯科用具	窩洞仮封剤	甲	・ 現行乙のみに規定されているので、甲にも追加（事務局案） →追加
14			乙	
15			丙	
16	患者病室用具	消毒用エタノール	甲	・ 入退室時に手指消毒する必要あり →追加
17			乙	
18			丙	
19		消毒用イソジン	甲	・ 外用薬としてあるが（医薬品No108参照）、病室に必置か不明 →追加しない
20			乙	
21			丙	
22		環境クロス	甲	・ 接触感染予防策、感染症患者の下痢、嘔吐物の処理時に必要 →追加
23			乙	
24			丙	
25		セーフティセットアプリーケーターセット	甲	・ アンケートによると「死後の処置に必要」との意見 →追加
26			乙	
27			丙	

(2) 削除

21	診断用具	色盲検査表	甲	・船上での使用が想定されない →削除
22	内科用具	胃管用カテーテル（漏斗付き）	乙	・衛生管理者にカテーテルの挿入が想定されない（事務局） →削除
23		注射筒	甲	・アンケートによると「50ml以上は点滴を用いる」との意見 →削除
24		100ml	甲	
25		輸液セット	乙	・衛生管理者は点滴不可（事務局） →削除
26	外科用具	鋭鉤	甲	・アンケートによると「麻酔器なしで開腹術はしない」との意見 →削除
27		鈍鉤	甲	
28		筋鉤	甲	
29		開創器	甲	
30		腹膜鉗子	甲	
31		虫様突起鉗子	甲	
32		腸鉗子	甲	
33		直鉗子	甲	
34		彎鉗子	甲	
35		腸管スパーテル	甲	
36		円盤鉗子		・船上での使用が想定されない（事務局） →削除
37		コッヘル止血鉗子 無鉤	甲	
38		反剪刀	甲	
39		腹膜剪刀	甲	
40		圧定鉗子	甲	
41		麦粒鉗子	乙	
42	調剤用具	瓶洗い	甲	・アンケートによると「船内での調剤が想定されない」との意見 →削除
43		上皿天秤	甲	
44		桿秤(秤量1g、感量 0.01g)	甲	
45		液量器	甲	
46		20ml	甲	
47		200ml	甲	
48		乳鉢	甲	

49		乳棒	甲	
50		薬匙	甲	
51		漏斗	甲	
52	検査用具	アルコールランプ	甲	・ 船上での使用が想定されない
53			乙	→削除
54	患者病室用具	痰壺	甲	・ 病室での使用が想定されない（事務局）
55			乙	→削除
56		懐炉用ベンジン	甲	・ ベンジンを燃料としないカイロが一般的（事務局）
57			乙	→削除

(3) 変更等

58	診断用具	懐中電灯→ペンライト	甲	・一般に、医師は懐中電灯よりもペンライトを使用 ・WHO推奨(49,ペンライト) (事務局) →「医療用ペンライト」に変更
59			乙	
60	外科用具	尖刃刀→単回使用メス	甲	・WHO推奨 (32,滅菌済 使い捨てメス)。滅菌や管理のコストが減少。(事務局) ・使い捨てメスの一般的名称は「単回使用メス」 →「単回使用メス (滅菌済)」に変更
61			乙	
62			丙	
63		持針器→持針器角針用	乙	・甲は角針用・丸針用と区別しているが、乙は持針器とのみ記載。一般に、丸針は血管、腸管縫合用。(事務局) ・WHO推奨(38,Mayo-Hegar,180mm,straight) →「持針器 角針用」に変更
64		直剪刀→直鈍直剪刀	乙	・甲は直鋭尖剪刀・直鈍尖剪刀と区別しているが、乙・丙は直剪刀とのみ記載。一般に、直剪刀は刃先が丸い。直鋭尖剪刀は組織を傷つけないため(事務局) ・WHO推奨 (34,外科剪刀 (ストレート、ステンレス)) →「直鈍直剪刀」に変更
65			丙	
66		頭巾→手術帽	甲	
67		手術用マスク→医療用マスク	甲	・マスクに関するJIS規格としては、「医療用マスク」「一般用マスク」「感染対策用医療マスク」がある(R3.6.16) →「医療用マスク」を追加(※アンケートによると100枚)
68	眼科用具	洗眼瓶 (褐色・白色) →洗眼瓶	甲	・色分けの趣旨が不明(事務局) →「洗眼瓶」に変更
69	検査用具	赤血球沈降速度測定器	甲	・自動血球計数装置・CRP測定装置の普及により、用手法から自動分析法に変化しているが、臨床検査技師不在の船内で医師の実施が想定されるか検討が必要。自動装置は高額であることも考慮。(事務局) →変更・代替可能なものがあるか検討。検査実施が想定されない場合は削除。
70		血球算定用具	甲	
71		血色素測定具	甲	
72		数取り器	甲	

2. その他

(1) 追加

73	その他	滅菌ガーゼ(12枚入)	甲	・ 甲～丁に「ガーゼ」があり、乙のみ滅菌ガーゼがさらに規定。（事務局案） ・ WHO推奨（11,12滅菌ガーゼ湿布） →追加
74		創傷被覆材	甲	・ アンケートによると「創傷処置に必要」との意見 ・ WHO推奨（10,粘着ドレッシング）
75			乙	・ 丙・丁は不要か合わせて検討。 →追加
76		プラスチックゴーグル又はフルフェイスマスク	甲	・ 体外診断用医薬品にインフルエンザ・COVID-19の抗原検査キットが追加されるが（医薬品No109-112）、COVID-19診療の手引き第10版によると検体採取時に目の防護具使用が推奨。（事務局） ・ WHO推奨（目の保護具、プラスチックゴーグルやフルフェイスマスク） →追加
77		プラスチックガウン	甲	・ COVID-19診療の手引き第10版によるとリネン交換時にガウン着用が推奨（事務局） ・ WHO推奨（プラスチックエプロン、使い捨て）
78		環境消毒用（次亜塩素酸ナトリウム液）	甲	アンケートによると「ノロウイルス対策として必要」との意見 →追加
79			乙	

(2) 削除

80	その他	さらし木綿	甲	・ 船上での使用が想定されない（事務局） →削除
81			乙	
82		リント布	甲	・ 船上での使用が想定されない（事務局） →削除
83			乙	
84		油紙又はポリシート	甲	・ 船上での使用が想定されない（事務局） →削除
85			乙	
86			丙	
87			丁	
88		絆創膏 ヤール	甲	・ 特定できない（事務局） →削除
89			乙	
90		創傷用	丙	・ テープ型絆創膏と創傷用絆創膏の違い、テープ型に加えての必要性が不明（事務局） →削除
91			丁	

92		外用筆	甲	・ 特定できない（事務局） → 削除
----	--	-----	---	-----------------------

（3）変更等

93	その他	テーピング用絆創膏 (50mm,25mm,12.5mm,12mm) → テーピング用テープ（又はテーピング）	甲	・ 一般に「テーピング用絆創膏」よりも「テーピング用テープ」が使用。 ・ 甲は50mm,12mm、乙・丙は25mm,12.5mm。テープ型絆創膏のサイズも特定していないので、サイズ 特定をしない。 → 「テーピング用テープ」に変更。
94			乙	
95			丙	
96			丁	
97		殺虫剤 ペレスロイド系製剤 有機リン系製剤	甲	・ 丁は単に「殺虫剤」と表記しており、それで特定できるのであれば甲～丙も特定する必要はないのでは ないか（事務局案） → 「殺虫剤」に変更
98			乙	
99			丙	